

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD _۱	SD _۲	SD _۳	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۷.۶۴۳	۰.۵	۵.۰۴۳	۵.۵۴۳	۶.۰۴۳	۶.۵۴۳	۷.۰۴۳	۷.۵۴۳	۸.۰۴۳

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۶.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۷.۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۷.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۶.۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مقدار	تاریخ
۷.۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۷.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۷.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶

CV%: 3.421	SD: 0.24	Mean: 7.018
------------	----------	-------------

