

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰

| %CV | SD | SD _{۲-} | SD _{۳-} | SD _{۱-} | MEAN | SD _۱ | SD _۲ | SD _۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶.۰۰۹ | ۰.۴۱۲ | ۵.۶۲۵ | ۶.۰۳۷ | ۶.۴۴۹ | ۶.۸۶۱ | ۷.۲۷۳ | ۷.۶۸۵ | ۸.۰۹۷ |

| مقدار | | تاریخ | |
|------------|------------|------------|------------|
| ۷.۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
| CV%: 1.003 | | SD: 0.071 | |
| | | Mean: 7.05 | |

