

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۳	۰.۲۳۵	۶.۴۳۹	۶.۶۶۴	۶.۸۹۹	۷.۱۳۴	۷.۳۶۹	۷.۶۰۴	۷.۸۳۹

مقدار	تاریخ
۷.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۷.۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۷.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۶.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۷.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۷.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۶.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۷.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۷.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳

CV%: 2.747	SD: 0.198	Mean: 7.192
------------	-----------	-------------

