

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Lamotrigin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۳,۲۶۴	۰,۵۸	۲,۶۳۴	۳,۲۱۴	۳,۷۹۴	۴,۳۷۴	۴,۹۵۴	۵,۵۳۴	۶,۱۱۴

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۳,۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۴,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۴,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۴,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۴,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۴,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۴,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۴,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 11.16	SD: 0.467	Mean: 4.183
------------	-----------	-------------

