

عنوان آزمایش : Lamotrigin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۸۷۵	۰.۷۴۱	۲۳.۵۵	۲۴.۳۹۱	۲۵.۰۳۳	۲۵.۷۷۳	۲۶.۵۱۴	۲۷.۲۵۵	۲۷.۹۹۶

مقدار	تاریخ
۲۵.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۲۵.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۵.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۲۷.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۶.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲۵.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۵.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲۶.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۲۵.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۴.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۶.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۶.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

CV%: 2.789	SD: 0.727	Mean: 26.076
------------	-----------	--------------



22