

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۴,۳۰۸	۰,۵۹۶	۲,۳۷۹	۲,۹۷۵	۳,۵۷۱	۴,۱۶۷	۴,۷۶۳	۵,۳۵۹	۵,۹۵۵

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۴,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۴,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۴,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۴,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 13.262	SD: 0.535	Mean: 4.036
-------------	-----------	-------------

