

پولد سرم : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

سری ساخت : /۰  
hplc : عنوان آزمایش :  
Lamotrigin : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵.۴۷	۰.۴۹۲	۷.۵۱۷	۸.۰۰۹	۸.۵۰۱	۸.۹۹۳	۹.۴۸۵	۹.۹۷۷	۱۰.۴۶۹

مقدار	تاریخ
۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۹.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۰.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۷.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۸.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۸.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۸.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۸.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۸.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۸.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۸.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۸.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۸.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۸.۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۸.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۸.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۸.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

CV%: 6.239	SD: 0.542	Mean: 8.68
------------	-----------	------------

