

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Lamotrigin  
 عنوان دستگاه : hplc  
 عنوان کنترل : پولد سرم  
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳  
 سری ساخت : /۰

%CV	SD	SD <sub>۱</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۶.۶۴	۰.۵۷۵	۶.۹۲۸	۷.۵۰۳	۸.۰۷۸	۸.۶۵۳	۹.۲۲۸	۹.۸۰۳	۱۰.۲۷۸

مقدار	تاریخ
۷.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۸.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۸.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۸.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۸.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۸.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۹.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۷.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۸.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۸.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۹.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۹.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵

CV%: 7.136	SD: 0.614	Mean: 8.6
------------	-----------	-----------

