

Internal Control

MPO Ab	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ آبان ۱۹	: تاریخ
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN	: کیت
	: شرکت سازنده	EUROIMMUN	: شرکت سازنده
E200201AR	: سری ساخت	E200201AR	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء	/۰۱/۲۰۲۱	: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۵.۱	: CV مجاز
۸۳.۳۳۳	: حد پایین	۱۳۴.۶۶۷	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۲.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۱۲/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۶.۰	OK	
۱۳۹۹/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۴.۰	OK	
۱۳۹۹/۱۱/۱۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۰	OK	
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۹	OK	
۱۳۹۹/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۵.۰	OK	
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۴.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۱.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۴.۰	OK	

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۰	OK	

CV : 4.745