

Internal Control

Anti PR3 Ab	: آزمایش ۱	۱۴۰۰ شهریور ۲۸ يك شنبه	: تاریخ
positive	: کنترل	diametra	: کیت
diametra	: شرکت سازنده	diametra	: شرکت سازنده
۲۸	: سری ساخت	۲۸	: سری ساخت
۳۰/۱۲/۲۰۲۲	: تاریخ انقضاء	۳۰/۱۲/۲۰۲۲	: تاریخ انقضاء
بروشور	: مرجع CV مجاز	۹	: CV مجاز
۵۵.۲	: حد پایین	۱۰۲.۶	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۸/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۵.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۳.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۸۲.۸	OK	
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۷۷.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۸۱.۰	OK	
۱۴۰۰/۰۶/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۸۷.۰	OK	برای ۶.۱۵

CV : 6.623