

Internal Control

Anti PR3 Ab	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ آبان ۱۹	دوشنبه	تاریخ :
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN		کیت :
EUROIMMUN	: شرکت سازنده	EUROIMMUN		شرکت سازنده :
E191003AL	: سری ساخت	E191003AL		سری ساخت :
	: تاریخ انقضاء	/۱۰/۲۰۲۰		تاریخ انقضاء :
	: مرجع CV مجاز	۱۱.۲		مرجع CV مجاز :
۹۴.۶۶۷	: حد پایین	۱۴۱.۳۳۳		حد بالا :

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۱.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۸	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۱.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۷.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۰.۰	OK	

CV : 5.745