

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۷۲۳	۰,۰۱۶	۰,۵۳	۰,۵۴۶	۰,۵۶۲	۰,۵۷۸	۰,۵۹۴	۰,۶۱	۰,۶۲۶

مقدار	تاریخ
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۰,۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۰,۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۰,۵۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۰,۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 4.758	SD: 0.028	Mean: 0.579
------------	-----------	-------------

