

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۲۳۹	۰,۰۳	۰,۴۷۷	۰,۵۰۷	۰,۵۳۷	۰,۵۶۷	۰,۵۹۷	۰,۶۲۷	۰,۶۵۷

مقدار	تاریخ
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۰,۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۰,۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۰,۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۰,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۰,۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۰,۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۰,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۰,۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۰,۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۰,۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 8.128	SD: 0.046	Mean: 0.568
------------	-----------	-------------

