

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD <sub>۱</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۶.۳۷۵	۱.۹۱۶	۲۴.۳۱۲	۲۶.۳۲۸	۲۸.۱۴۴	۳۰.۰۶	۳۱.۹۷۶	۳۳.۸۹۲	۳۵.۸۰۸

مقدار	تاریخ
۲۹.۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۲۶.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۲۷.۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۱.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۳.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲۹.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۳۷.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۳۱.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۲۹.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۲۸.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۳.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۴.۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۳۳.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 8.185	SD: 2.531	Mean: 30.929
------------	-----------	--------------

