

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸  
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۰۶۸	۲.۴۷۵	۲۲.۲۴۸	۲۵.۷۲۳	۲۸.۱۹۸	۳۰.۶۷۳	۲۳.۱۴۸	۳۵.۶۲۳	۳۸.۰۹۸

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۲۸.۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۳۰.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۰.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۲۵.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۲۵.۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۸.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۲۹.۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۸.۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۸.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۲۷.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۲۶.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۲۹.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۲۹.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 5.897	SD: 1.683	Mean: 28.533
------------	-----------	--------------

