

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : 1400/02/28

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
35.416	33.269	31.122	28.975	26.828	24.681	22.534	2.147	7.411

تاریخ	مقدار
29/04/1400	28.6

تاریخ	مقدار
21/04/1400	32
23/04/1400	31.4
26/04/1400	28.4
28/04/1400	32.2

تاریخ	مقدار
08/04/1400	24.3
09/04/1400	30.9
13/04/1400	27.2
14/04/1400	26.1

Mean: 29.011	SD: 2.803	CV%: 9.663
--------------	-----------	------------

