

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
سری ساخت : ۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۵	۲.۱۳۳	۳۱.۶۰۱	۲۳.۷۳۴	۲۵.۸۶۷	۳۸	۴۰.۱۳۳	۴۲.۲۶۶	۴۴.۳۹۹

مقدار	تاریخ
۴۰.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳۸.۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۹.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۳.۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۷.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰

مقدار	تاریخ
۴۰.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۴۰.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۶.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۹.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶

CV%: 4.609	SD: 1.837	Mean: 39.862
------------	-----------	--------------

