

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD <sub>1</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۱۰.۵	۲.۱۳۳	۳۱.۶۰۱	۳۳.۷۳۴	۳۵.۸۶۷	۳۸	۴۰.۱۳۳	۴۲.۲۶۶	۴۴.۳۹۹

مقدار	تاریخ
۳۵.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۴.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۷.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۶.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۳۵.۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۸.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۵.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۴۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۷.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۷.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۹.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۳۶.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳۸.۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۳۹.۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴۲.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴۱.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۴۰.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۴۰.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۶.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۹.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۹.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۹.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴۲.۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۷.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۴۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۴۰.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳

CV%: 5.882	SD: 2.301	Mean: 39.119
------------	-----------	--------------

