

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۸۱۸	۲.۲۹۵	۲۲.۴۷۵	۲۴.۷۷	۲۷.۰۶۵	۲۹.۳۶	۳۱.۶۵۵	۳۳.۹۵	۳۶.۲۴۵

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۳۰.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۹.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۳۲.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
		۲۸.۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۱.۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
		۲۸.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۹.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
CV%: 5.1		SD: 1.533		Mean: 30.057	

