

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۸۱۸	۲.۲۹۵	۲۲.۴۷۵	۲۴.۷۷	۲۷.۰۶۵	۲۹.۳۶	۳۱.۶۵۵	۳۳.۹۵	۳۶.۲۴۵

مقدار	تاریخ
۲۹.۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۲۹.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۲۸.۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۸.۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۲۸.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۲۸.۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۲۸.۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۲۸.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۲۸.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶

CV%: 2.027	SD: 0.589	Mean: 29.045
------------	-----------	--------------

