

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۴۴۷	۱.۰۰۴	۲۶.۰۹۸	۲۷.۱۰۲	۲۸.۱۰۶	۲۹.۱۱	۳۰.۱۱۴	۳۱.۱۱۸	۳۲.۱۲۲

مقدار	تاریخ
۳۰.۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۸.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۷.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۸.۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲۹.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۸.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۹.۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲

CV%: 3.074	SD: 0.893	Mean: 29.056
------------	-----------	--------------

