

عنوان آزمایش : Phenobarbital
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۷۱۴	۱.۰۸	۲۵.۸۴	۲۶.۹۲	۲۸	۲۹.۰۸	۳۰.۱۶	۳۱.۲۴	۳۲.۳۲

مقدار	تاریخ
۲۷.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۸.۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۹.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۲۸.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۹.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۸.۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷

CV%: 2.642	SD: 0.76	Mean: 28.783
------------	----------	--------------

