

پولد سرم : عنوان کنترل : Phenobarbital : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ : سری ساخت : ۰۱ : hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۰۳۵	۲.۳۵۸	۳۱.۹۹۳	۳۴.۳۵۱	۳۶.۷۰۹	۳۹.۰۶۷	۴۱.۴۳۵	۴۳.۷۸۳	۴۶.۱۴۱

مقدار	تاریخ
۳۹.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۳۷.۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴۰.۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۴۰.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۳۸.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۳۹.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۳۹.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 3.064	SD: 1.213	Mean: 39.573
------------	-----------	--------------

