

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

Phenobarbital : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۴۳۵	۳,۱۱۲	۲۷,۵۵۷	۳۰,۶۶۹	۳۳,۷۸۱	۳۶,۸۹۳	۴۰,۰۰۵	۴۳,۱۱۷	۴۶,۲۲۹

مقدار	تاریخ
۳۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۹,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۴۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۴۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۶,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۳,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴۱,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳۷,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۹,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۳۷,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۳۹,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۹,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳۰,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۵,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۲,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۶,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳۰,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 9.943	SD: 3.687	Mean: 37.087
------------	-----------	--------------

