

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

Phenobarbital : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ---

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۱,۴۱۹	۲,۳۶	۱۳,۵۸۵	۱۵,۹۴۵	۱۸,۳۰۵	۲۰,۶۶۵	۲۳,۰۲۵	۲۵,۳۸۵	۲۷,۷۴۵

مقدار	تاریخ
۱۶,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۵,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۷,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۹,۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۶,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۷,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۰,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۱,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۸,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۸,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۶,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۸,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۰,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۲,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۲۱,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱۹,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۸,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۸,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۸,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 12.126	SD: 2.299	Mean: 18.957
-------------	-----------	--------------

