

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۱۱/۰۱:

سری ساخت : ۱۰-۱۳۹۹

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۹.۹۷۵	۳.۵۲۱	۲۴.۷۳۲	۲۸.۲۵۳	۳۱.۷۷۴	۳۵.۲۹۵	۲۸.۸۱۶	۴۲.۳۳۷	۴۵.۸۵۸

مقدار	تاریخ
۳۰.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۳۵.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۳۱.۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۶.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۳۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۵.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲۸.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳۵.۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۲.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳۵.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۳۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۳۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳۱.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۳۳.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۳۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 7.216	SD: 2.515	Mean: 34.856
------------	-----------	--------------