

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۱۰/۱۵:

سری ساخت : درون آزمایشگاه

Phenytoin : عنوان آزمایش :
hplc : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۹۲۶	۰.۳۰۲	۲.۸۹۹	۲.۲۰۱	۲.۵۰۲	۳.۸۰۵	۴.۱۰۷	۴.۴۰۹	۴.۷۱۱

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳.۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۳.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۳.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۳.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۳.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۳.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۳.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳.۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۳.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳

CV%: 5.387	SD: 0.2	Mean: 3.716
------------	---------	-------------

