

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۰۷۵	۰.۲۵	۲.۱۱	۲.۴۶	۲.۸۱	۳.۱۶	۳.۵۱	۳.۸۶	۴.۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۳.۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۲.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۳.۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۳.۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۳.۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۳.۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۲.۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۳.۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۳.۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳.۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۳.۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۳.۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸

CV%: 5.44	SD: 0.171	Mean: 3.137
-----------	-----------	-------------

