

عنوان آزمایش : Phenytoin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۳۶۹	۰.۱۹۶	۲.۴۸۹	۲.۶۸۵	۲.۸۸۱	۳.۰۷۷	۲.۳۷۳	۳.۴۶۹	۳.۶۶۵

مقدار	تاریخ
۳.۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲.۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳.۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲

CV%: 6.598	SD: 0.197	Mean: 2.983
------------	-----------	-------------

