

عنوان آزمایش : Phenytoin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۹۷۶	۰.۱۸۴	۲.۵۳۳	۲.۷۱۷	۲.۹۰۱	۳.۰۸۵	۲.۲۶۹	۳.۴۵۳	۳.۶۳۷

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۳.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳.۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۲.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷

CV%: 5.393	SD: 0.163	Mean: 3.021
------------	-----------	-------------

