

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD _۱ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۵.۲۳۶	۰.۱۶	۲.۵۲۳	۲.۶۸۳	۲.۸۴۳	۳.۰۰۳	۳.۱۶۳	۳.۲۲۳	۳.۴۸۳

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۳.۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۳.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۲.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲

CV%: 4.907	SD: 0.147	Mean: 3
------------	-----------	---------

