

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

Phenytoin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۷۳	۰,۵۸۱	۴,۲۳	۴,۸۱۱	۵,۳۹۲	۵,۹۷۳	۶,۵۵۴	۷,۱۳۵	۷,۷۱۶

مقدار	تاریخ
۶,۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۶,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۶,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۶,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۵,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۶,۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵,۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۵,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۶,۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۵,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۵,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۵,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۶,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۶,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۶,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۵,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۵,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۵,۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 8.05	SD: 0.477	Mean: 5.922
-----------	-----------	-------------

