

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۰/۱۵:

سری ساخت : درون آزمایشگاه

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۹۳۹	۰.۱۴۳	۳.۲۱۱	۳.۳۵۴	۳.۴۹۷	۳.۶۴	۳.۷۸۳	۳.۹۲۶	۴.۰۶۹

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۳.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۳.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۳.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۳.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵

CV%: 4.872	SD: 0.18	Mean: 3.7
------------	----------	-----------

