

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۱۱۳	۰,۴۳۶	۲,۰۱۹	۲,۴۵۵	۲,۸۹۱	۳,۳۲۷	۳,۷۶۳	۴,۱۹۹	۴,۶۳۵

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 9.657	SD: 0.34	Mean: 3.525
------------	----------	-------------

