

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

Phenytoin : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۹۳۶	۰,۵۸۲	۴,۱۱۴	۴,۶۹۶	۵,۲۷۸	۵,۸۶	۶,۴۴۲	۷,۰۲۴	۷,۶۰۶

مقدار	تاریخ
۵,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۵,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۵,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۴,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۶,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۶,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۵,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۶,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۵,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 9.625	SD: 0.526	Mean: 5.464
------------	-----------	-------------

