

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

Phenytoin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : -/۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۳۶۲	۰.۸۵۷	۱۰.۸۹۶	۱۱.۷۵۳	۱۲.۶۱	۱۳.۴۶۷	۱۴.۳۲۴	۱۵.۱۸۱	۱۶.۰۳۸

مقدار	تاریخ
۱۳.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۳.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۴.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۲.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۳.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۲.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۲.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۳.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۲.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۲.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۲.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۴.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۲.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۳.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲

CV%: 5.98	SD: 0.788	Mean: 13.177
-----------	-----------	--------------

