

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Phenytoin
 عنوان دستگاه : hplc
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
 سری ساخت : -/۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۳۱۱	۰.۸۱۸	۱۰.۵۰۹	۱۱.۳۳۷	۱۲.۱۴۵	۱۲.۹۶۳	۱۳.۷۸۱	۱۴.۵۹۹	۱۵.۴۱۷

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۲.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۲.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۲.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۲.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۲.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۲.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۲.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۲.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۲.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵

CV%: 6.198	SD: 0.784	Mean: 12.646
------------	-----------	--------------

