

عنوان آزمایش : Primidone

عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/02/28

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
5.788	5.454	5.12	4.786	4.452	4.118	3.784	0.334	6.975

تاریخ	مقدار
26/04/1400	5.2
29/04/1400	4.7

تاریخ	مقدار
14/04/1400	4.1
21/04/1400	5.6
23/04/1400	5.3

تاریخ	مقدار
08/04/1400	4.5
09/04/1400	5.3
13/04/1400	4.8

Mean: 4.938	SD: 0.498	CV%: 10.094
-------------	-----------	-------------

