

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۲۸۲	۰.۴۵۹	۲.۵۷	۴.۰۲۹	۴.۴۸۸	۴.۹۴۷	۵.۴۰۶	۵.۸۶۵	۶.۳۲۴

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴.۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۵.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۴.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۴.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴.۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۵.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۵.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۴.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 9.999	SD: 0.458	Mean: 4.577
------------	-----------	-------------

