

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۰۲	۰.۳۱۶	۳.۵۴۹	۳.۸۶۵	۴.۱۸۱	۴.۴۹۷	۴.۸۱۳	۵.۱۲۹	۵.۴۴۵

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۴.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۴.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۴.۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۴.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۴.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۴.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲

CV%: 6.195	SD: 0.277	Mean: 4.478
------------	-----------	-------------

