

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۴,۰۷	۰,۶۶۳	۲,۷۲۴	۳,۳۸۷	۴,۰۵	۴,۷۱۳	۵,۳۷۶	۶,۰۳۹	۶,۷۰۲

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۵,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۴,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۳,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۴,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۵,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۴,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۳,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 15.574	SD: 0.728	Mean: 4.674
-------------	-----------	-------------

