

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۰۰۰۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۶۰۴	۰,۷۵۷	۳,۷۳۸	۴,۴۹۵	۵,۲۵۲	۶,۰۰۹	۶,۷۶۶	۷,۵۲۳	۸,۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۵,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۶,۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۶,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۶,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۶,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۷,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۵,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۶,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۶,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۶,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۶,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۶,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 14.612	SD: 0.856	Mean: 5.861
-------------	-----------	-------------

