

عنوان آزمایش : Primidone  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۲۶۵	۰.۲۱۷	۴.۴۳۹	۴.۶۵۶	۴.۸۷۳	۵.۰۹	۵.۳۰۷	۵.۵۲۴	۵.۷۴۱

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۵.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۵.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۵.۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۵.۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۵.۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۴.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۴.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۵.۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۵.۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۵.۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۵.۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۴.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۴.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۵.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۵.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

CV%: 4.012	SD: 0.206	Mean: 5.143
------------	-----------	-------------



22