

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : /۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۰۰۱	۲.۳۳۹	۳۱.۹۶	۳۴.۲۹۹	۳۶.۶۳۸	۳۸.۹۷۷	۴۱.۳۱۶	۴۳.۶۵۵	۴۵.۹۹۴

مقدار	تاریخ
۳۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۳۷.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴۳.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳۴.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۳۶.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۳۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۳۶.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۳۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۳۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۳۸.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴۰.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۳۶.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۷.۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۴۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۳۷.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۴۲.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۴۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۳۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

CV%: 7.051	SD: 2.716	Mean: 38.515
------------	-----------	--------------

