

عنوان کنترل : abbot-2  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۲

عنوان آزمایش : Prolactin  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۱۶۳	۰,۳۶۸	۱۰,۵۱۹	۱۰,۸۸۷	۱۱,۲۵۵	۱۱,۶۲۳	۱۱,۹۹۱	۱۲,۳۵۹	۱۲,۷۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۱,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۱,۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۱,۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۱۱,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۱۰,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۱۱,۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۱,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۱۱,۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۲,۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 3.252	SD: 0.376	Mean: 11.546
------------	-----------	--------------

