

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۱۱	۰,۱۰۵	۲,۸۷۱	۲,۹۷۶	۳,۰۸۱	۳,۱۸۶	۳,۲۹۱	۳,۳۹۶	۳,۵۰۱

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۳,۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۲,۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۳,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۳,۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۳,۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۳,۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۳,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۳,۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۳,۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۳,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۳,۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۳,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۳,۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 4.615	SD: 0.148	Mean: 3.217
------------	-----------	-------------

