

عنوان آزمایش : Renin (upright)-CLIA
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۴۴۶۹
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
عنوان کنترل : کنترل I

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۲.۰۷۱	۱.۸۲	۹.۶۱۷	۱۱.۴۳۷	۱۳.۲۵۷	۱۵.۰۷۷	۱۶.۸۹۷	۱۸.۷۱۷	۲۰.۵۳۷

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۶.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۷

CV%: 4.536	SD: 0.729	Mean: 16.08
------------	-----------	-------------

