

عنوان آزمایش : Renin (upright)-CLIA
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۴۴۶۹
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
عنوان کنترل I :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۲.۰۷۱	۱.۸۲	۹.۶۱۷	۱۱.۴۳۷	۱۳.۲۵۷	۱۵.۰۷۷	۱۶.۸۹۷	۱۸.۷۱۷	۲۰.۵۳۷

مقدار		تاریخ	
۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸

CV%: 0.889	SD: 0.141	Mean: 15.9
------------	-----------	------------

