

عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۴۴۷۰

Renin (upright)-CLIA :  
IDS :  
عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۰	۷.۲	۸۶.۵	۹۳.۷	۱۰۸.۱	۱۱۵.۳	۱۲۲.۵	۱۲۹.۷

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۸۹.۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

CV%: 6.618	SD: 7.24	Mean: 109.396
------------	----------	---------------

