

عنوان آزمایش : Renin (upright)-CLIA
عنوان دستگاه : IDS

سری ساخت : 4470

عنوان کنترل : II کنترل
شروع کنترل : 1399/02/01

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
130.62	123.5	116.38	109.26	102.14	95.02	87.9	7.12	6.516

تاریخ	مقدار
31/04/1400	115

تاریخ	مقدار
17/04/1400	103
24/04/1400	106
27/04/1400	98
29/04/1400	100

تاریخ	مقدار
03/04/1400	98
08/04/1400	101
10/04/1400	111
13/04/1400	105

Mean: 104.111	SD: 5.84	CV%: 5.61
---------------	----------	-----------

